



171021110579

# 检验检测报告

## TEST REPORT

STFWF20203110

产品名称

Product Name

一次性防护口罩

委托单位

Trust Unit

江苏若尧医疗装备有限公司

生产单位

Manufacturer

江苏若尧医疗装备有限公司

检验检测类别

Test Category

委托送样检验



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS

# 检 验 检 测 报 告

## Test Report



STFWT20203110

防伪查询

共 3 页 第 1 页

Page 1 of 3

产品名称 Product Name	一次性防护口罩	规格型号 Specification Type	耳挂式-I号
		商 标 Trademark	—
委托单位 Trust Unit	江苏若尧医疗装备有限公司	电 话 Tel	15061048330
生产单位 Manufacturer	江苏若尧医疗装备有限公司	样品等级 Sample Grade	—
样品数量 Sample Quantity	25 只	送样日期 Sample Receiving Date	2020-03-05
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	20200301
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求		
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	YY 0469-2011 《医用外科口罩》		
检验检测结论 Test Conclusion	<p>样品经检验，所检项目符合 YY 0469-2011 标准规定的要求。</p> <p style="text-align: right;">签发日期：2020-03-11 Signature/Date</p>		
备 注 Remarks	<p>标记“—”的检测项目表示不予单项评价或不具备单项评价条件</p> <p>本报告检验结论仅对所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。</p> <p>本报告仅对来样负责。</p>		

批准：  
Approver

陈敏

审核：  
Examiner

吴亮亮

主 检：  
Major tester

蔡燕文

# 检 验 检 测 结 果

## Testing Results

STFWT20203110

共 3 页 第 2 页  
Page 2 of 3

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	外观	—	口罩外观应整洁, 形状完好, 表面不得有破损、污渍。	口罩外观整洁, 形状完好, 表面未有破损、污渍。	合格
2	结构与尺寸	—	口罩佩戴好后, 应能罩住佩戴者的鼻、口至下颌。应符合标志的设计尺寸及允差。	口罩佩戴好后, 能罩住佩戴者的鼻、口至下颌。	—
3	鼻夹	—	1、口罩上应配有鼻夹, 鼻夹由可塑性材料制成。 2、鼻夹长度应不小于 8.0cm。	1、口罩上配有鼻夹, 鼻夹由可塑性材料制成。 2、鼻夹长度: 11.0cm、11.0cm、11.0cm。	合格
4	口罩带	—	1、口罩带应戴取方便。 2、每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于 10N。	1、口罩带戴取方便。 1 <sup>#</sup> : 试样断裂强力不小于 10N 2 <sup>#</sup> : 试样断裂强力不小于 10N 3 <sup>#</sup> : 试样断裂强力不小于 10N	合格
5	合成血液穿透	—	将 2ml 合成血液以 16.0kPa (120mmHg) 压力喷向口罩外侧面后, 口罩内侧面不应出现渗透。	将 2ml 合成血液以 16.0kPa (120mmHg) 压力喷向口罩, 口罩内侧未出现渗透。	合格
6	细菌过滤效率/% (BFE)	—	≥95	96.5	合格
7	颗粒过滤效率/% (PFE)	—	口罩对非油性颗粒的过滤效率应不小于 30%。	1 <sup>#</sup> : 86.3 2 <sup>#</sup> : 86.5 3 <sup>#</sup> : 86.6	合格
8	压力差 ( $\Delta p$ )	Pa	口罩两侧面进行气体交换的压力差 $\Delta p$ 应不大于 49Pa。	24	合格
9	阻燃性能	s	口罩材料应采用不易燃材料; 口罩离开火焰后燃烧不大于 5s。	1 <sup>#</sup> : 0 2 <sup>#</sup> : 0 3 <sup>#</sup> : 0	合格